

Anexo Técnico de Acreditação L0851-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Ensaios**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

The body indicated below is accredited as a Testing Laboratory according to ISO/IEC 17025

TEMPERBARÓMETRO - Unipessoal, Lda.

Endereço Avenida Ruy Luís Gomes, nº 25B
Address 2650-192 Amadora

Contacto Tiago Miguel Tavares de Melo
Contact

Telefone 214 744 290

Fax

E-mail info@temperbarometro.pt; tmelo@temperbarometro.pt

Internet www.temperbarometro.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Equipamentos e instalações para controlo ambiental /climático

Equipment and Installations for Environmental / Climatic Control

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

Este Anexo Técnico é válido desde 2025-02-11 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.

This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left.

Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt ou clicando na ligação abaixo: <http://www.ipac.pt/docsig/?1RI6-K91Y-2O4H-6CC2>

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to the following categories:

- 0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

- 0 Testing performed at permanent laboratory premises
- 1 Testing performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Testing performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação L0851-1

Accreditation Technical Annex

TEMPERBARÓMETRO - Unipessoal, Lda.

Nº <i>Nr</i>	Produto <i>Product</i>	Ensaio <i>Test</i>	Método de Ensaio <i>Test Method</i>	Categoria <i>Category</i>
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA CONTROLO AMBIENTAL /CLIMÁTICO <i>EQUIPMENT AND INSTALLATIONS FOR ENVIRONMENTAL / CLIMATIC CONTROL</i>				
1	Meios Termorregulados	Estudo da Estabilidade em Humidade	ME-01	2
2	Meios Termorregulados	Estudo da Estabilidade em Temperatura	ME-01	2
3	Meios Termorregulados	Estudo da Indicação em Humidade	ME-01	2
4	Meios Termorregulados	Estudo da Indicação em Temperatura	ME-01	2
5	Meios Termorregulados	Estudo da Uniformidade em Humidade	ME-01	2
6	Meios Termorregulados	Estudo da Uniformidade em Temperatura	ME-01	2
7	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Estabilidade em Humidade	ME-02	2
8	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Estabilidade em Temperatura	ME-02	2
9	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Indicação em Humidade	ME-02	2
10	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Indicação em Temperatura	ME-02	2
11	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Uniformidade em Humidade	ME-02	2
12	Meios Termorregulados: Áreas de Armazenamento	Estudo da Uniformidade em Temperatura	ME-02	2
FIM END				

Notas:

Notes:

“ME-0x” indica procedimento interno do laboratório.

- Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação.

Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio”.

- O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos.

- Responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia: Tiago Melo (DT).